Medtronic

Reveal LINQ™

SISTEMA DE MONITOREO CARDÍACO INSERTABLE

Guía de inicio rápido del paciente

Visite **MonitorYourHeart.com/Reveal-LINQ** o consulte los manuales del paciente si desea obtener más información.

Monitor cardíaco insertable (ICM) Reveal LINQ

Registra la frecuencia cardíaca de forma continua y almacena la información relacionada con el corazón



El ICM Reveal LINQ es un dispositivo pequeño que se inserta justo bajo la piel en la zona del pecho para ayudar a su médico a diagnosticar las alteraciones del ritmo cardíaco. El ICM Reveal LINQ registra la frecuencia cardíaca de forma continua y almacena automáticamente la información de los episodios relacionados con el corazón. Luego, comparte estos datos de modo inalámbrico mediante el Monitor MyCareLink durante las transmisiones automáticas, que se realizan generalmente cuando duerme.

UC201503700a SL

Cómo funciona el sistema del monitor cardíaco insertable (ICM) Reveal LINQ

El sistema consta de tres dispositivos separados que funcionan de forma conjunta. Cada uno de ellos tiene una función única que se describe a continuación:

Asistente del paciente

Marca los síntomas mientras se encuentra en su casa o en cualquier otro lugar

El Asistente del paciente es un pequeño dispositivo portátil que le permite indicar manualmente al ICM Reveal LINQ que debe almacenar la información relativa al corazón cuando experimenta algún síntoma. El Asistente del paciente no transmite ni almacena los datos del corazón. Su médico puede proporcionarle un Asistente del paciente o no, según el motivo por el que se controla su corazón.

ICM Reveal LINQ™

Registra la frecuencia cardíaca de forma continua y almacena la información relacionada con el corazón

El ICM Reveal LINQ es un dispositivo pequeño que se inserta justo bajo la piel en la zona del pecho. El monitor cardíaco Reveal LINQ registra la frecuencia cardíaca de forma continua y almacena automáticamente los datos de los episodios relacionados con el corazón.*



El ICM Reveal LINQ almacena la información vinculada al corazón de dos formas diferentes, a saber:

1. Automáticamente, en función de cómo programó el dispositivo su médico.
2. Cuando usted marca los síntomas con el Asistente del paciente.

* En función de los ajustes programados por su médico.

Monitor del paciente MyCareLink®

Envía la información relacionada con el corazón a su médico de forma automática

Una vez configurado, el ICM Reveal LINQ comparte la información del corazón que recopila con el Monitor MyCareLink. Luego, el Monitor MyCareLink envía la información a su médico automáticamente, por lo general, mientras duerme.**



** El Monitor MyCareLink siempre debe estar enchufado y en una ubicación que cuente con una señal de telefonía móvil adecuada. Para la transmisión automática, usted debe estar a una distancia máxima de 6.5 pies (2 m) de su monitor.

Su médico recibe la información relacionada con el corazón y, en caso de ser necesario, se comunica con usted

La información del corazón que se almacena en el ICM Reveal LINQ llega a su médico por medio del Monitor MyCareLink. Su médico utiliza esta información para determinar si los síntomas están relacionados con el corazón. Su médico le notificará cualquier problema que encuentre.



Si fuera necesario, su médico podría pedirle que le envíe información de su Monitor MyCareLink manualmente, como usted o su centro médico lo hicieron en el momento de su primera configuración.

Asistente del paciente. Llévelo consigo

Marca los síntomas mientras se encuentra en su casa o en cualquier otro lugar

Si su médico le proporcionó un Asistente del paciente, llévelo consigo en todo momento para poder utilizarlo siempre que experimente algún síntoma, como vértigos, desvanecimiento o palpitaciones.

Para usar el asistente del paciente:

1. Cuando experimente un síntoma, presione el botón. El indicador luminoso de búsqueda comenzará a parpadear en azul.
2. Coloque rápidamente y sujete el Asistente del paciente contra su pecho, situado directamente sobre el ICM Reveal LINQ.
3. Cuando se marca con éxito un síntoma, suena el tono de éxito y el indicador luminoso de éxito se ilumina en verde. Si las señales de éxito no se producen en un plazo de 15 segundos, repita los pasos 1-2.

Si no puede localizar el Asistente del paciente en unos pocos minutos, sencillamente anote el día y la hora de sus síntomas y comparta la información con su médico.

IMPORTANTE: tenga en cuenta que el ICM Reveal LINQ registra continuamente los latidos irregulares por sí mismo, sin el Asistente del paciente, incluso si no experimenta ningún síntoma.

P: Utilicé el Asistente del paciente. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi centro médico recibió la información?

R: El Asistente del paciente solo se utiliza cuando tiene síntomas, a fin de registrar los síntomas en el ICM Reveal LINQ que se encuentra en la zona del pecho. Luego, la información se envía a su centro médico desde el Monitor MyCareLink durante su próxima transmisión automática, que es generalmente mientras duerme.

P: ¿Cómo obtengo la información del Asistente del paciente?

R: La información relacionada con el corazón se almacena en el ICM Reveal LINQ que se encuentra en el pecho, no en el Asistente del paciente.

Monitor del paciente MyCareLink. Manténgalo al lado de la cama

Envía la información relacionada con el corazón a su médico de forma automática

El ICM Reveal LINQ se comunica con el Monitor MyCareLink para enviar de manera automática la información del corazón a su centro médico durante las transmisiones programadas, que se llevan a cabo generalmente cuando duerme.



Para configurar el Monitor MyCareLink, enchúfelo a 6.5 pies (2 m) de distancia del lugar donde duerme y siga los pasos que se mencionan en la parte posterior de esta pieza.

Una vez configurado, el Monitor MyCareLink debe permanecer enchufado. Su médico le indicará si debe tomar alguna medida o cualquier problema que encuentre. A partir de este momento, el Monitor MyCareLink enviará la información relacionada con el corazón a su centro médico de manera automática. Solo deberá enviarla manualmente si su centro médico se lo solicita. A menos que su centro médico lo solicite, no presione ningún botón del Monitor MyCareLink.

P: Si muevo el monitor o si viajo y lo llevo conmigo, ¿debo realizar alguna otra transmisión (configuración) manual?

R: No. Tan solo enchufe el Monitor MyCareLink a 6.5 pies (2 m) o menos de distancia del lugar donde dormirá. Siempre que haya una señal de telefonía móvil adecuada, las transmisiones automáticas se seguirán enviando a su médico.

P: ¿Por qué es importante que mi Monitor MyCareLink permanezca enchufado en todo momento?



R: Por las siguientes razones:

1. La información almacenada en el ICM Reveal LINQ se recopila y se transmite automáticamente mientras duerme.
2. Su médico o centro médico pueden solicitarle las transmisiones manuales.
3. Su Monitor MyCareLink recibe actualizaciones de software.

P: ¿Cómo puedo saber si mi centro médico ha recibido la información?

R: La fecha que aparece en la pantalla muestra la última transmisión que se envió correctamente al centro médico. Es posible que la fecha que se muestra no se actualice a diario. Si han transcurrido varios días, mueva el Monitor MyCareLink a 6.5 pies (2 m) o menos de distancia del lugar donde duerme y quite cualquier dispositivo electrónico del área. Si no aparece ninguna fecha, deberá realizar la primera transmisión (configuración).



P: ¿Por qué a veces se enciende el monitor?

R: El monitor está programado para que verifique periódicamente si existen actualizaciones de software. No debe efectuar ninguna acción cuando esto ocurra.



Para obtener más información sobre el Sistema ICM Reveal LINQ ICM y observar videos sobre cómo configurar el Monitor MyCareLink y utilizar el Asistente del Paciente, visite **MonitorYourHeart.com/Reveal-LINQ**

Monitor del paciente MyCareLink. Manténgalo al lado de la cama

Envía la información relacionada con el corazón a su médico de forma automática

El ICM Reveal LINQ se comunica con el Monitor MyCareLink para enviar de manera automática la información del corazón a su centro médico durante las transmisiones programadas, que se llevan a cabo generalmente cuando duerme.

Configuración de su monitor del paciente MyCareLink



1. Conecte su Monitor MyCareLink a una toma en la pared al lado de su cama (a una distancia no mayor de 6.5 pies [2 m]).
2. Cargue el monitor de 20 a 30 minutos.

Si el Monitor MyCareLink se le envió por correo directamente o su clínica no realizó su primera transmisión (manual), siga estos pasos:



Aparece el logo de Medtronic | Aparecen las barras/flecha de la señal celular | Presione el botón gris | Levante el lector | Coloque el lector sobre su dispositivo Reveal LINQ

La barra verde muestra progreso | Regrese el lector | Se transmiten los datos | La marca de verificación verde indica una transmisión exitosa | Muestra la última fecha de transmisión exitosa

Una vez configurado, el Monitor MyCareLink debe permanecer enchufado. Su médico le indicará si hay alguna inquietud o las acciones que debe tomar. A partir de este momento, el Monitor MyCareLink enviará la información relacionada con el corazón a su centro médico de manera automática.

Solo deberá enviarla manualmente si su centro médico se lo solicita. A menos que su centro médico lo solicite, no presione ningún botón del Monitor MyCareLink.

Breve declaración:
Monitor cardíaco insertable Reveal LINQ™ LNQ11 y asistente del paciente

Indicaciones: Monitor cardíaco insertable REVEAL LINQ LNQ11
El monitor cardíaco insertable Reveal LINQ es un sistema de monitoreo implantable activado por el paciente o automáticamente, que registra un electrocardiograma (ECG) subcutáneo y se recomienda en los siguientes casos:
- Pacientes con síndromes clínicos o situaciones de riesgo en aumento de arritmias cardíacas
- Pacientes que experimentan síntomas temporales como mareos, palpitaciones, síncopes y dolores de pecho que pueden dar lugar a una arritmia cardíaca

Asistente del paciente:
El asistente del paciente tiene el propósito de ser utilizado por el paciente, sin supervisión y lejos del hospital o la clínica. El asistente del paciente activa la función de administración de datos del monitor cardíaco insertable Reveal para que empiece a grabar los datos del evento cardíaco en la memoria del dispositivo implantable.

Contraindicaciones
No se conoce ninguna contraindicación para el implante del monitor cardíaco implantable Reveal LINQ. Sin embargo, cada paciente puede tolerar o no el implante subcutáneo del dispositivo por un periodo largo, dependiendo de su condición médica particular.

Advertencias/Precauciones: Monitor cardíaco insertable Reveal LINQ LNQ11
Los pacientes que tienen implantado el monitor cardíaco insertable Reveal LINQ deben evitar exponerse a fuentes de diatermia, fuentes de radiación alta, electrocauterización, desfibrilación externa, litotricia, ultrasonido terapéutico y ablación por radiofrecuencia para evitar el restablecimiento eléctrico del dispositivo y la detección inadecuada, como se describe en el manual de procedimientos médicos y precauciones de EMI. Las exploraciones por RM se deben realizar únicamente en ambientes específicos para RM, en condiciones específicas, según se describe en el manual técnico de RM con Reveal LINQ.

Asistente del paciente
El uso del asistente del paciente cerca de fuentes de interferencia electromagnética, tales como teléfonos celulares, monitores de computadora, etc., puede afectar adversamente el desempeño del dispositivo.

Complicaciones potenciales
Las complicaciones potenciales incluyen, sin limitación, fenómenos de rechazo del dispositivo (incluyendo las reacciones en el tejido local), el desplazamiento del dispositivo, infección y erosión a través de la piel.

El monitor MyCareLink y la red CareLink de Medtronic están previstos para ser usados en la transferencia de datos del paciente desde dispositivos cardíacos implantables de Medtronic. Estos productos no son un sustituto de una atención médica apropiada en caso de una emergencia. La disponibilidad de los datos y las notificaciones de alerta están sujetas a la conectividad y acceso a Internet, y a la disponibilidad del servicio. El monitor del paciente MyCareLink debe estar encendido y dentro del rango del dispositivo. Las notificaciones de alerta no tienen la intención de ser usadas como la única base para tomar decisiones sobre la atención médica del paciente.

Monitor MyCareLink® del paciente de Medtronic, Red CareLink® y Aplicación móvil CareLink® de Medtronic

Uso previsto
El Monitor MyCareLink del paciente y la Red CareLink® de Medtronic se recomiendan para su uso en la transferencia de datos del paciente desde algún dispositivo cardíaco implantable de Medtronic, según las instrucciones del médico y como se describe en el manual del producto. La aplicación móvil CareLink tiene el propósito de proporcionar a los clientes actuales de la red de CareLink acceso a la red CareLink a través de un dispositivo móvil, para su conveniencia. La aplicación CareLink móvil no reemplaza la estación de trabajo completa, pero se puede usar para revisar los datos del paciente cuando el médico no tenga acceso a una estación de trabajo. Estos productos no sustituyen a la asistencia médica apropiada en casos de emergencia y sólo deben utilizarse siguiendo las indicaciones de un médico. Es posible que algunas veces no haya disponibilidad de acceso a la red de CareLink y a los dispositivos móviles debido a que se está realizando mantenimiento o actualizaciones, o debido a que no hay cobertura disponible en el área en que se encuentra. Se requiere acceso a Internet en el dispositivo móvil y está sujeto a la disponibilidad de cobertura. Se aplican las tarifas estándar de mensajes de texto.

Contraindicaciones
No se conoce ninguna contraindicación.

Advertencias y precauciones
El monitor del paciente MyCareLink solo se debe usar para interrogar a los dispositivos implantables de Medtronic que sean compatibles.

Consulte el manual del dispositivo para obtener información detallada con respecto al procedimiento de implante, las indicaciones, las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones y las complicaciones o los eventos adversos potenciales. Para obtener más información, llame a Medtronic al 1 (800) 328-2518 y/o consulte la página de Internet de Medtronic en www.medtronic.com.

Precaución: Las leyes federales (EE. UU.) permiten la venta de este dispositivo únicamente si es efectuada por un médico o bajo prescripción facultativa.

www.medtronic.com

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604
USA
Tel: (763) 514-4000
Fax: (763) 514-4879

Medtronic USA, Inc.
Llamadas gratuitas: 1 (800) 328-2518
(Asistencia telefónica de 24 horas para el personal médico)

Medtronic

UC201503700a SL © Medtronic, Inc. 2015. Minneapolis, MN. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. 04/2015